



PROCTILOR

Crema Rettale

Dispositivo Medico Protettivo della Mucosa Rettale

Proctilor crema rettale è un Dispositivo Medico ad azione meccanica con proprietà specifiche di protezione e coadiuvante del naturale processo di riparazione della mucosa rettale.

Proctilor crema rettale aderisce alla mucosa rettale creando uno strato protettivo e isolando le zone danneggiate, eritematose o ulcerate .

Proctilor crema rettale diminuisce la sintomatologia algica con una rapida riduzione del bruciore e del dolore e favorisce il naturale processo di riparazione delle lesioni dell'epitelio del canale anale e della mucosa rettale migliorando la resistenza della mucosa agli attacchi di agenti irritanti.

Indicazioni

E' indicato nella proctite attinica da trattamento radioterapico del distretto pelvico e nelle proctiti in corso di chemioterapia o trattamenti combinati (radio e chemioterapia).

E' indicato in tutte le patologie che comportano lesioni della mucosa ano-rettale quali:

- Ragadi anali acute e croniche
- Fistole
- Ascessi anali e peri-anali
- Ulcere isolate del retto
- Proctiti di vario genere
- Sindrome varicosa emorroidaria (emorroidi esterne ed interne)
- Trattamento post retto-colonscopia

Composizione

Zinc-L-Carnosine; Acqua; Paraffinum Liquidum; Glyceril Stearate (and) PEG-100 Stearate; Cetearyl Alcohol; behenyl alcohol; Glycerin; C12-20 ACID PEG-8 ESTER; Tocopheryl Acetate; Aloe Barbadosis Leaf Juice; Microcrystalline cellulose (and) cellulose gum; Phenoxyethanol, Propylene glycol, Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Butylparaben.

Non contiene Cortisone. Metal tested (Nichel, Cromo , Cobalto < 0.01ppm)

Modo e Frequenza D'Uso

Immediatamente prima dell'utilizzo del prodotto, con alvo libero da feci, detergere l'ano e la zona circostante con detergenti specifici o a pH neutro .

- Rimuovere il tappo dall'estremità della cannula endoretale.
- Collegare la cannula al tubo, spremere il tubo fino a riempire la cannula facendo uscire una piccola quantità di prodotto al fine di lubrificare la cannula stessa.
- Lubrificare con una piccola quantità di gel le zone perianali, precedentemente deterse.
- Inserire delicatamente la cannula nel retto.
- Spremere nuovamente il tubetto fino ad ottenere erogazione della corretta quantità di prodotto.
- Spalmare intorno alla zona perianale l'eventuale eccedenza di gel fuoriuscita dall'ano.
- Dopo l'uso rimuovere la cannula dal tubo e detergere sotto acqua corrente fino alla rimozione di tutti i residui.
- La cannula deve sempre essere lavata sotto acqua corrente prima dell'uso.
- Alla fine della vita utile, la cannula deve essere gettata nel contenitore dei rifiuti.
- Dopo l'utilizzo il tubo deve essere gettato nel contenitore dei rifiuti.

Per la Prevenzione

Si consiglia di applicare **Proctilor** Crema Rettale **2 volte al giorno**

Per il Trattamento

Si consiglia di applicare **Proctilor** Crema Rettale **3 volte al giorno**

Durata del Trattamento

Utilizzare per non più di 3 settimane consecutivamente o fino alla scomparsa della sintomatologia. Consultare il medico per un utilizzo più prolungato qualora non si notasse un miglioramento dello stato clinico.

Controindicazioni

Non sono conosciute controindicazioni od effetti collaterali associati all'utilizzo del dispositivo medico.

Si raccomanda di non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ad uno dei componenti. Dal momento che non sono disponibili dati completi, si consiglia di consultare il medico per l'utilizzo durante la gravidanza e nei bambini al di sotto dei 14 anni.

AVVERTENZE

- Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ad uno dei componenti.
- In caso di sanguinamento rettale, consultare il medico prima dell'impiego di qualsiasi trattamento.
- Consultare il medico qualora insorgessero irritazioni, dolore o fastidio conseguentemente all'applicazione.
- Consultare il medico qualora l'utilizzo del prodotto non portasse ad un miglioramento della sintomatologia.
- Il dispositivo non è concepito per l'uso pediatrico, tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- L'interazione con altri farmaci o dispositivi medici non è stata valutata, chiedere consiglio medico prima dell'utilizzo concomitante ad altri prodotti farmaceutici.
- Dispositivo per uso interno. Non ingerire.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza. Non utilizzare in caso di imballaggio danneggiato.
- Eseguire l'instillazione in condizioni igieniche. Richiudere perfettamente dopo l'uso.

Modalità di Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperatura ambiente lontano dalla luce diretta e da fonti di calore.

Confezione

Tubo da 30 ml  + 1 Cannula Applicatore

La cannula rettale è un dispositivo di Classe Is CEXXXX Fabbricato da XXXXXXX



Azienda Farmaceutica Italiana s.r.l.
Via Vibrata, 111
64016 - S. Egidio alla Vibrata (TE)



Dispositivo Medico
Classe I

Rev 0 del 22/05/2020